



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія Д

№ 001452



**СВІДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ**

**затвердження типу засобів вимірювальної техніки**

№ UA-MI/3-964-2006

Видане 21 грудня 2006 р.

Це свідоцтво, видане ТОВ ЗВК "Сібаагроприбор", Російська Федерація, засвідчує, що на підставі "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", підписаного 6 жовтня 1992 р. Держстандартом України, визнано тип засобів вимірювальної техніки "Аналізатори вологості «ЭВЛАС-2М»", затверджений Держстандартом Росії на підставі результатів державних випробувань.

Аналізатори вологості «ЭВЛАС-2М» зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером 22077-01.

Аналізатори вологості «ЭВЛАС-2М» під час експлуатації підлягають повірці або калібруванню залежно від сфери застосування.

Міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

*Заступник Голови*



*С.Т. Черепков*